

Přehled symbolů

URČENO K DIAGNOSTICE IN VITRO

Toto je obecná legenda vysvětlující význam symbolů, které se mohou objevit na štítcích tohoto produktu.

	Obsah stačí k provedení <n> testů
	Diagnostické lékařské zařízení in vitro
	Oprávněný zástupce pro Evropské společenství
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Datum výroby
	Limit teploty
	Číslo součásti
	Kód dávky
	Výrobce
	Datum spotřeby
	Prostudujte si návod k použití
<input type="checkbox"/> 100 ml EtOH Added	Zaškrtnuté políčko potvrzující, že do lahvičky bylo přidáno 100 ml ethanolu.
	Evropské označení shody
	Symbol zdravotního rizika – Vysvětlení jednotlivých symbolů rizik a příslušná prohlášení o rizicích naleznete v bezpečnostních listech (SDS), které lze stáhnout na adrese http://support.illumina.com/sds.html
	Symbol rizika vznícení – Vysvětlení jednotlivých symbolů rizik a příslušná prohlášení o rizicích naleznete v bezpečnostních listech (SDS), které lze stáhnout na adrese http://support.illumina.com/sds.html
	Symbol rizika – Vysvětlení jednotlivých symbolů rizik a příslušná prohlášení o rizicích naleznete v bezpečnostních listech (SDS), které lze stáhnout na adrese http://support.illumina.com/sds.html


Autorská práva a ochranné známky

© 2019 Illumina, Inc. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Illumina, Inc. nebo jejich příslušných vlastníků. Informace o konkrétních ochranných známkách naleznete na adrese www.illumina.com/company/legal.html.

Kontaktní údaje



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Kalifornie
92122 U.S.A.
+1 800 809 ILMN (4566)
+1 858 202 4566 (mimo
Severní Ameriku)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Cambridge
Limited
Chesterford Research
Park, Little Chesterford
Saffron Walden, CB10 1XL
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Australský sponzor
Illumina Australia Pty Ltd
1 International Court
Scoresby, Victoria, 3179
Austrálie